



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 234/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 234/2025 (RENOVADO)

VIGENTE DEL: 20 de marzo del 2025

VIGENTE AL: 19 de marzo del 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
GE Medical Systems, LLC		Nombre del equipo: Optima XR240 amx Marca: GE
PAIS DE PROCEDENCIA	USA	Modelo: Optima XR240 amx Módulo: WLE200NX
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de baja potencia

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	TK4-10-WLE200NX

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN	POTENCIA DE SALIDA
WLAN 2.4GHz	2412 – 2462 MHz	26.12 dBm
WLAN 2.4GHz	2422 – 2452 MHz	25.54 dBm
WLAN 5.2GHz	5180 – 5240 MHz	16.79 dBm
WLAN 5.3GHz	5260 – 5320 MHz	23.21 dBm
WLAN 5.7GHz	5500 – 5700 MHz (**)	22.47 dBm
WLAN 5.8GHz	5745 – 5825 MHz	26.04 dBm
WLAN 5.8GHz	5755 – 5795 MHz (*)	25.12 dBm

NIVEL MÁXIMO DE SAR: N/A

Observaciones:

(*) Este equipo no debe operar en esta banda de frecuencia.

(**) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 24 del Plan Nacional de frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N°294 de 08 de noviembre de 2012.

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-LP-2334/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.