



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 244/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 20 de Mayo del 2019, vence el 19 de Mayo del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North M/S 10-203
St. Paul, MN 55112-5798
United States

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Dispositivo de Telemetría Médica de Corto Alcance
Marca	Boston Scientific Corporation
Modelos	D400 D412 D401 D413

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:-**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (W x H x D)	D400: 5,23x7,14x0,99 cm D412: 5,23x6,71x0,99 cm D401: 5,23x7,14x0,99 cm D413: 5,23x7,03x0,99 cm
Peso	D400: 61,9 g D412: 60,0 g D401: 62,3 g D413: 62,5 g
Tipo de Conector	D400: RV: IS-1/DF-1 D412:



E-LP-4790

**Resolución Administrativa Homologación**

Tipo de Conector (cont.)	RV: DF4 D401: RA: IS-1; RV: IS-1/DF-1 D413: RA: IS-1; RV: DF4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de Frecuencia	402 -405 MHz
Potencia de Salida	0,0496 uW EIRP

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	ESCCRMG17912

Observación.-

El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-4790