



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 246/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 21 de Mayo del 2019, vence el 20 de Mayo del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North M/S 10-203
St. Paul, MN 55112-5798
United States

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Dispositivo de Telemetría Médica de Corto Alcance
Marca	Boston Scientific Corporation
Modelos	D232 D233 G247

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (W x H x D)	D232: 5,37 x 7,36 x 0,99 cm D233: 5,37 x 7,68 x 0,99 cm G247: 5,37 x 8,18 x 0,99 cm
Peso	D232: 68,9 g D233: 71,4 g G247: 73,8 g
Tipo de Conector	D232: RV: DF4 D233: RA: IS-1; RV: DF4 G247: RA: IS-1; RV: DF4; LV: IS4



E-LP-4788



Resolución Administrativa Homologación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de Frecuencia	402 -405 MHz
Potencia de Salida	0,0496 uW EIRP

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	ESCCRMG17912

Observación.-

El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-4788