ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

a) CÓDIGO: ATT-DJ-RA-H-TL LP 247/2019

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 21 de Mayo del 2019, vence el 20 de Mayo del 2024

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North M/S 10-203
St. Paul, MN 55112-5798
United States

f) DATOS TÉCNICOS:

Producto	Dispositivo de Telemetría Médica de Corto Alcance
Marca	Boston Scientific Corporation
Modelos	D432 D433 G447

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (W x H x D)	D432: 5,37 x 7,36 x 0,99 cm D433: 5,37 x 7,68 x 0,99 cm G447:5,37 x 8,18 x0,99 cm
Peso	D432: 68,9 g D433: 71,4 g G447: 73,8 g
Tipo de Conector	D432: RV: DF4 D433: RA: IS-1; RV: DF4 G447: RA: IS-1; RV: DF4; LV: IS4

E-LP-4789

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de Frecuencia	402 -405 MHz
Potencia de Salida	0,0496 uW EIRP

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	ESCCRMG17912

Observación.-
El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota.-
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

DIRECCIÓN TÉC. SECTORIAL DE TELEC. Y TICS V°B° I.B.V. A.T.T.

ANALISTA LEGAL V°B° L.F.P.L. A.T.T.

E-LP-4789