



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 278/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 30 de mayo del 2018, vence el 29 de mayo del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

EasyDX, Inc. / Lifehealth
2656 Patton Road,
Roseville MN 55113,
USA

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Equipo de Análisis / Sistema de Análisis de Sangre (<i>Analysis Equipment / Blood Analysis System</i>)
Marca	LifeHealth
Modelo	IRMA LH

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tecnología	Bluetooth V 2.1/ V4.0 WiFi 802.11 a/b/g/n
Rango de Frecuencias	Bluetooth: 2.402 MHz - 2.480 MHz WiFi 802.11 b/g/n: 2.412 MHz - 2.462 MHz WiFi 802.11 a/n: 5.180 MHz - 5.825 MHz (*)
Potencia	Bluetooth V 2.1: 2,22 mW Bluetooth V 4.0: 3,6 mW WiFi 802.11 b/g/n: 239,9 mW WiFi 802.11 a/n: 251,8 mW
Voltaje de Operación	Tablet: 5 Vdc Base: 12Vdc



E-LP-8193



Resolución Administrativa Homologación

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QQWT12

Observación.-

-El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

(*) Este equipo debe operar solo en las frecuencias detalladas en la Nota BOL 20, del Plan Nacional de Frecuencias aprobado mediante Resolución Ministerial No. 294 de 08 de noviembre de 2012.

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-8193

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
Nº 8260 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
Nº 683, Esq. España y La Paz
(El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4º y 5º anillo, calle 3,
Condominio Gardenia
Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpio
Nº 720 esq. O'Connor
Piso 1
Telf.: 4-644136

Línea Gratuita de Protección al
Usuario 800-10-6000
www.att.gob.bo