



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL-LP-317/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 317/2025

VIGENTE DEL: 25 de abril del 2025

VIGENTE AL: 24 de abril del 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC		Nombre del equipo: Sistema Ultrasonido (Ultrasound System)
PAIS DE PROCEDENCIA	USA	Marca: Venue Go Modelo: Venue Go Modelo: AX210NGW
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de baja potencia
CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL		CÓDIGO DE CERTIFICADO
Intel Corporation S.A.S – WRF Lab		200611-03.TR11 200611-03.TR12 200611-03.TR13 200611-03.TR14 200611-03.TR15 200611-03.TR16 200611-03.TR17

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
Bluetooth BR DH5	2400 – 2483,5	13,1
Bluetooth EDR 2DH5	2400 – 2483,5	10,7
Bluetooth EDR 3DH5	2400 – 2483,5	10,7
Bluetooth LE	2400 – 2483,5	9,3
WLAN 2,4GHz 802.11b	2400 – 2483,5	19,0
WLAN 2,4GHz 802.11g	2400 – 2483,5	19,6
WLAN 2,4GHz 802.11n20	2400 – 2483,5	19,6
WLAN 2,4GHz 802.11n40	2400 – 2483,5	19,7
WLAN 2,4GHz 802.11ax20	2400 – 2483,5	19,7
WLAN 2,4GHz 802.11ax40	2400 – 2483,5	19,8
WLAN 5,2GHz	5150 - 5350	22,7
WLAN 5,6GHz	5470 - 5725	22,6
WLAN 5,8GHz	5725 - 5875	13,9

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-1336/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 317/2025

NIVEL MÁXIMO DE SAR	Body Worn: 0,94W/kg (10g)
Observaciones: El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.	

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-1336/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.