



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DI-RA-H-TL LP 342/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 342/2025

VIGENTE DEL: 07 de mayo de 2025

VIGENTE AL: 06 de mayo de 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Varex Imaging Corporation		Nombre del equipo: Detector Inalámbrico de Rayos X de Casete 802.11a/n (802.11a/n Wireless Casette X-Ray Detector) Marca: GE Healthcare Modelo: FlashPad HD 4343 Módulo: WPEA-127NI
PAIS DE PROCEDENCIA	USA	
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de Baja Potencia

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	2AA8Z-XRPAD2

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
WLAN 5GHz	5150 – 5250	16.78
WLAN 5GHz	5250 – 5350	16.99
WLAN 5GHz	5470 – 5725	14.67
WLAN 5GHz	5725 – 5850	14.45

NIVEL MÁXIMO DE SAR:	Body: 1.35W/Kg
Observaciones: El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.	

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-LP-3951/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.