ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 419/2025

VIGENTE DEL: 10 de junio de 2025 **VIGENTE AL:** 09 de junio de 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		**EQUIPO**
BIOTRONIK SE & Co. KG		**Nombre del equipo:** EDORA **Marca:** BIOTRONIK **Modelo:** EDORA 8 HF-T QP EDORA 8 HF-T EDORA 8 DR-T EDORA 8 DR EDORA 8 SR-T EDORA 8 SR
PAIS DE PROCEDENCIA	Alemania	
CATEGORIA (S)		**SUB CATEGORIA (S)**
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de Baja Potencia

LABORATORIO INTERNACIONAL	**NÚMERO DE REPORTE**
Eurofins Product Service GmbH	G0M-1611-6060-TFC95IMR-V01

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	**FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)**	**POTENCIA DE SALIDA (dBm)**
MICS	402 – 405	-38,2

Observaciones:
El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-5092/2025

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.