



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 490/2017
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 07 de diciembre del 2017, vence el 06 de diciembre del 2022
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Tranceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor/Transceptor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhoffer Strasse 116
Mannheim, Germany 68305

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Medidor de Glucemia (<i>Blood Glucose meter</i>)
Marca	Roche Diabetes Care
Modelo	Accu-Check@Guide Link

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (La x An x Al)	80 mm x 47 mm x 20 mm
Peso	40 gr (con pilas incluidas)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<i>Bluetooth V4.0</i>	
Banda de Operación	2.402 MHz - 2.480 MHz
Tipo de Modulación	GFSK
Potencia de Salida	-5,0 dBm



E-LP-17843





Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 490/2017

Tipo de Antena	PCB
Ganancia de Antena	-1.9 dBi
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Suministro de Corriente	Dos pilas de litio de 3 Voltios (tipo botón CR2032)
Condiciones para el almacenamiento del medidor	- 25° C a 70° C

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

LABORATORIO ACREDITADO:	FCC
NUMERO DE REPORTE:	WX3-401

Observación.-

El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683, Esq. España y La Paz
(El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Condominio Gardenia
Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpio
N° 720 esq. O'Connor
Piso 1
Telf.: 4-644136

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo