ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 512/2025

VIGENTE DEL: 04 de julio del 2025 **VIGENTE AL:** 03 de julio del 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
BIOTRONIK SE & Co. KG		**Nombre del equipo:** SOLVIA RISE **Marca:** BIOTRONIK **Modelo:** SOLVIA RISE – (SR-T, DR-T)
PAIS DE PROCEDENCIA	Alemania	
CATEGORIA (S)		**SUB CATEGORIA (S)**
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de Baja Potencia

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	QRI-IPG2267P2

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN	POTENCIA DE SALIDA
SRD	9 – 315 KHz	< 30 dBµA/m @10m
Transmitter Worn on Body	402 – 405 MHz	-16 dBm

Observaciones:
El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-5580/2025

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.