

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 77/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 77/2025
(RENOVADO)

VIGENTE DEL: 20 de enero del 2025

VIGENTE AL: 19 de enero del 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Medtronic Inc.		Nombre del equipo: Comunicador (Communicator)
PAIS DE PROCEDENCIA	USA	Marca: MEDTRONIC
		Modelo: TM91
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de baja potencia

LABORATORIO INTERNACIONAL	NÚMERO DE REPORTE
SIEMIC Laboratories	SL18041906-MED-029-CE-BLE Rev 1.0 SL18041906-MED-029-CE-175K Rev 1.0 SL18041906-MED-029-CE-MICS Rev 1.0

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN	POTENCIA DE SALIDA
Bluetooth LE	2.402MHz – 2.483MHz	-1.34dBm
Transmisor de Baja Potencia	175kHz	58,72dBµV/m@10m
MICS	402MHz – 405MHz	-30.86dBm

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-149/2025

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.

La Paz: 13 de Calacoto entre
Av. Los Sauces y Av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2- 615000
Fax: 2-772299

Cochabamba: Av. Ballivian y España
(El Prado) Nro. 683 Primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, Edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur. Planta baja Of. 2
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina
Alejandro del Carpio Nro. 878
Telf: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección
al Usuario:
800-10-6000
www.attgob.bo