



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-II-TL LP 909/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 909/2025

VIGENTE DEL: 29 de diciembre del 2025

VIGENTE AL: 28 de diciembre del 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE	EQUIPO
Alliedstar Medical Equipment Co., Ltd.	Nombre del equipo: Escáner Intraoral Marca: Alliedstar Sensa Modelo: S300W
PAÍS DE PROCEDENCIA	China
CATEGORÍA (S)	SUB CATEGORÍA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)	Transmisor de baja potencia

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES – FCC	2A8SG-S300W

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
Wi-Fi 5 GHz: 802.11 a, 802.11 n (HT20/HT40), 802.11 ac (VHT20/VHT40/VHT80)	5150 – 5250	13.24
Wi-Fi 5 GHz: 802.11 a, 802.11 n (HT20/HT40), 802.11 ac (VHT20/VHT40/VHT80)	5725 – 5850	14.23

Observaciones:

El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.



E-LP-12094/2025