

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 33/2024

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 33/2024

EMISIÓN: 18 de enero del 2024

VIGENTE AL: 17 de enero del 2029

NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO
BIOTRONIK SE & CO. KG	ALEMANIA Nombre del equipo: BIOMONITOR IIIIm Marca: BIOTRONIK Modelos: BIOMONITOR IIIIm
CATEGORIA (S)	SUB CATEGORIA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)	Transmisor de baja potencia

LABORATORIO INTERNACIONAL	NÚMERO DE REPORTE
Eurofins Product Service GmbH	G0M-1811-7866-TEU195UP-V01 G0M-1909-8468-TEU839UP B-V01

TECNOLOGIA	FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN	POTENCIA DE SALIDA
TRANSCEIVER	64kHz	30 dBμA/m @10m
TRANSCEIVER	402MHz – 405MHz	403,65MHz: -36,9 dBm ERP

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-LP-258/2024

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.

La Paz: 13 de Calacoto entre Av. Los Sauces y Av. Costanera Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2- 615000
Fax: 2-772299

Cochabamba: Av. Ballivian y España (El Prado) Nro. 683 Primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, Edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur. Planta baja Of. 2
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio Nro. 878
Telf: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario: 2 de 2
800-10-6000
www.att.gob.bo