

ANEXO

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 93/2023

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 93/2023

EMISIÓN: 27 de diciembre del 2023

VIGENTE AL: 26 de diciembre del 2028

NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO Estados Unidos Nombre del equipo: DRX-Rise Mobile X-ray System Marca: Carestream Modelo: GLM-1	
Fábrica 1: Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited Fábrica 2: Carestream Health Inc		
CATEGORIA (S)	SUB CATEGORIA (S)	
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)	Transmisor de baja potencia	

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO NÚMERO		
	R2307A0764-R1V2		
	R2307A0764-R3V3		
TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.	R2307A0764-R2V2		

TECNOLOGIA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA
WLAN 2.4G	2.400 - 2.483,5	19,89 dBm
WLAN 5G	5.150 – 5.250(*) 5.725 – 5.850	- 13,93dBm

Observaciones. -

(*) No debe operar en esta Banda de frecuencias.

Firmado Digitalmente Verificar en:



E-D-4429/2023

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.

La Paz: 13 de Calacoto entre Av. Los Sauces y Av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299